



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

tel.(0-32) 251-80-40, 20 77 897 tel./fax 251 55 54
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
http: //www.katowice.pios.gov.pl

AT. 272.47.2011

Katowice, 07.11.2011r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia dwutlenku siarki w powietrzu

W związku z błędnym zapisem w załączniku nr 1 do SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli nr 3 Wymagania szczegółowe – w punkcie 8:

jest:

8.	Dryft SPAN	$\leq 0,5$ ppb/24h	
----	------------	--------------------	--

zmienia się na:

8.	Dryft SPAN	≤ 1 % pomiaru/24h	
----	-------------------	--	--

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian

Anna Wrześniak

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura w Bielsku-Białej
ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37, tel./fax (0-33) 812-49-30
e-mail: bbiala@pios.gov.pl

Delegatura w Częstochowie
ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl