



# WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

ul. Powstańców 41a  
40-024 Katowice

tel.(0-32) 251-80-40, 20-77-897 tel./fax 251-55-54  
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl  
http: //www.katowice.pios.gov.pl

AT. 272.10.2011

Katowice, 29.04.2011r.

## Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego analizatora stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym

Na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

W załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli 3 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

|    |                |  |  |
|----|----------------|--|--|
| 2. | Metoda pomiaru | Pomiar ciągły z cyklem pomiarowym 15 lub 30 min zapewniający pokrycie poborem co najmniej 75 % czasu pomiaru. Dla cyklu pomiarowego proszę określić czas trwania poboru próby oraz czas trwania analizy. |  |
|----|----------------|--|--|

W Tabeli 3 pkt 15 otrzymuje brzmienie:

|     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 15. | Materiały eksploatacyjne, części zużywalne | Dostawca zapewni wszystkie materiały eksploatacyjne i części zużywalne niezbędne do eksploatacji analizatora przez okres trwania gwarancji (36 miesięcy) a w szczególności:<br>1. filtry wejściowe wykonane z materiału chemicznie obojętnego względem benzenu, wykonane z materiałów takich jak: szkło, stal nierdzewna lub Per-Fluoro-Carbon (FEP lub PFA) – 50 szt.<br>2. gazy niezbędne do eksploatacji analizatora (np. azot, wodór; |  |
|-----|--|---|--|

*Delegatura w Bielsku-Białej*

ul. Partyzantów 117  
43-316 Bielsko-Biała  
tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37, tel./fax (0-33) 812-49-30  
e-mail: bbiała@pios.gov.pl

*Delegatura w Częstochowie*

ul. Rząsawska 24/28  
42-200 Częstochowa  
tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80  
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>powietrze zerowe) o jakości wymaganej przez producenta analizatora przez okres 36 miesięcy – mogą być dostarczane sukcesywnie w miarę zużycia w butlach lub wytwarzane w generatorze/-rach w stacji pomiarowej – <u>uwaga</u>: dla wodoru ze względów bezpieczeństwa istnieje tylko i wyłącznie możliwość zastosowania generatora. W przypadku dostarczania gazu w butlach, należy zastosować reduktor dwustopniowy ze stali nierdzewnej. Po zakończeniu gwarancji reduktor pozostanie własnością Zamawiającego.</p> <p>3. lampa UV PID (jeżeli zastosowano detektor PID) – 1 szt.</p> <p>4. rurka poboru próby (jeżeli występuje) – 2 szt.</p> <p>5. rurka prekoncentratora – 1 szt.</p> <p>6. zestaw naprawczy do pompki – 1 szt.</p> |  |
|--|--|--|

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian

*Anna Wrześniak*

*Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska*

---

*Delegatura w Bielsku-Białej*

ul. Partyzantów 117

43-316 Bielsko-Biała

tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37, tel./fax (0-33) 812-49-30

e-mail: [bbiala@pios.gov.pl](mailto:bbiala@pios.gov.pl)

---

*Delegatura w Częstochowie*

ul. Rząsawska 24/28

42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80

e-mail: [czestochowa@pios.gov.pl](mailto:czestochowa@pios.gov.pl)