



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

tel.(0-32) 251-80-40, 20-77-897 tel./fax 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
http: //www.katowice.pios.gov.pl

AT. 272.11.2011

Katowice, 29.04.2011r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż, dostawę, montaż i podłączenie do systemu zbierania danych 1 szt. fabrycznie nowego automatycznego zewnętrznego kompaktowego urządzenia/zestawu pomiarowego do pomiarów stężenia dwutlenku siarki i tlenków azotu w powietrzu atmosferycznym.

W dniu 29.04.2011r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy dopuście Państwo przyrząd nie posiadający manifoldu? Tor poboru próbki oferowanego przez nas przyrządu jest tak skonstruowany, że nie wymaga tego elementu. Oferowany przez nas tor poboru próbki spełnia wymagania norm PN-EN14211, PN-EN14212. Filtr wstępny jest zainstalowany bezpośrednio pod czerpnią, w związku z tym powietrze wpadające do analizatora jest już oczyszczone i nie zachodzi konieczność czyszczenia wewnętrznych elementów poboru próby.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrząd nie posiadający manifoldu.

Anna Wrześniak

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37 , tel./fax (0-33) 812-49-30
e-mail: bbiala@pios.gov.pl

Delegatura w Częstochowie

ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl