



Znak sprawy: AT.272.20.2012

Katowice, 07.09.2012r.

### Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania przetargowego na dostawę analizatora stężenia pyłu zawieszonego PM 2,5 dla WIOŚ Katowice

W przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

W punkcie 8 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pt. „separacja pyłu” Zamawiający wyspecyfikował:

„- głowica PM2,5 wykonana ze stali nierdzewnej”

Czy Zamawiający zaakceptuje również głowicę PM2,5 wykonaną z niekorozyjnego stopu aluminium tj. „aluminium alloy”?

Odpowiedź:

Zamawiający zaakceptuje również głowicę PM2,5 wykonaną z niekorozyjnego stopu aluminium tj. „aluminium alloy”.

W związku z przedmiotowym zapytaniem, na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej zmiany Specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W załączniku nr 1 do SIWZ w Tabeli nr 3 Wymagania szczegółowe pkt. 8 otrzymuje brzmienie:

8.	Separacja pyłu	- głowica PM2,5 wykonana ze stali nierdzewnej lub niekorozyjnego stopu aluminium typu „aluminium alloy” - przepływ próby powietrza 1m <sup>3</sup> /h - otwory wlotowe zabezpieczone przed deszczem i śniegiem
----	----------------	---

Pozostałe zapisy SIWZ, w tym terminy składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.

Śląski Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Środowiska w Katowicach

mgr Anna Wrześniak