



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH

ul. Powstańców 41a
40-024 Katowice

tel.(0-32) 251-80-40, 20 77 897 tel./fax 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl
http: //www.katowice.pios.gov.pl

AT. 272.30.2012

Katowice, 26.10.2012r.

Wszyscy Wykonawcy

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę spektrofotometru UV-VIS dwuwiązkowego wraz z oprogramowaniem

W dniu 24 i 25 października 2012r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru, który ma możliwość doposażenia w przystawkę do prowadzenia pomiaru „z kropli” o objętości 0,7 µl? Biorąc pod uwagę badania prowadzone przez laboratoria ochrony środowiska różnica pomiędzy 0,6 µl a 0,7 µl jest praktycznie żadna. Poza tym tego typu przystawki jak i praca na tak małych objętościach jest charakterystyczna przede wszystkim dla pracowni molekularnych zajmujących się badaniem DNA, RNA czy białka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie spektrofotometru, który ma możliwość doposażenia w przystawkę do prowadzenia pomiaru „z kropli” o objętości 0,7 µl.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuszcza dokładność długości fali $< \pm 0,3$ nm (w D2 Szczyt 656.1nm, 486.0nm)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza dokładności fali $< \pm 0,3$ nm.

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Partyzantów 117
43-316 Bielsko-Biała
tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37, tel./fax (0-33) 812-49-30
e-mail: bbiala@pios.gov.pl

Delegatura w Częstochowie

ul. Rząsawska 24/28
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80
e-mail: czestochowa@pios.gov.pl

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza szybkość skanowania maksymalnie 3000 nm/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza szybkości skanowania maksymalnie 3000 nm/min.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. W załączniku nr 1 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wprowadza się zmiany w części dot. możliwości doposażenia aparatu, która otrzymuje następujące brzmienie:

„-Możliwość doposażenia aparatu w: niezależny moduł sterujący z ekranem dotykowym, uchwyt termostatujący próbkę badaną oraz próbkę odniesienia w zakresie temperatury nie mniejszym niż 0-100 °C za pomocą elementu Peltiera, przystawka do prowadzenia pomiaru "z kropli" (umożliwiająca pomiar roztworu o objętości nie większej niż 0,7 µl.), przystawka kuli całkującej do badań odbiciowych”

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym termin składania ofert, pozostają bez zmian.

Śląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Katowicach


mgr Anna Wrześniak

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Partyzantów 117

43-316 Bielsko-Biała

tel. (0-33) 812-44-92, 812-30-37, tel./fax (0-33) 812-49-30

e-mail: bbiała@pios.gov.pl

Delegatura w Częstochowie

ul. Rząsawska 24/28

42-200 Częstochowa

tel. (0-34) 364-35-12, 364-35-17, 364-35-23, tel./fax (0-34) 360-42-80

e-mail: czestochowa@pios.gov.pl