



AT.272.6.2012

Katowice, 21.03.2012r.

II MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W dniu 20.03.2012r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na dostawę urządzeń do kalibracji. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Czy w zakresie wyspecyfikowanych parametrów generatora ozonu (punkt 3.1.4 – Podstawowe parametry i wymagania dla kalibratora przenośnego) Zamawiający zaakceptowałby wydajność 500ppb przy maksymalnym przepływie 5l/min.?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje wydajność 500ppb przy maksymalnym przepływie 5l/min.

Jednocześnie na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu. W załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacji technicznej urządzeń wprowadza się następujące zmiany:

1) W tabeli 3.1 Pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

4.	Wbudowany generator ozonu	- stężenie programowalne - wydajność co najmniej 500 ppb dla przepływu 5 l/min	
----	---------------------------	---	--

Pozostałe postanowienia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w tym termin składania ofert, pozostają bez zmian.

Jerzy Kopyczok

Zastępca Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska